

Manual de Instruções

RESSUSCITADOR MANUAL MISSOURI EM SILICONE

Índice:

- 1. Indicação de Uso**
- 2. Princípio de funcionamento**
- 3. Instruções de Uso/Procedimentos Operacionais**
- 4. Condições de Armazenamento e Conservação**
- 5. Condições para Transporte**
- 6. Condições de manipulação**
- 7. Composição**
- 8. Especificações e Características Técnicas**
- 9. Orientações para cuidados e limpeza**
- 10. Advertências e Precauções**
- 11. Manutenção Preventiva**
- 12. Garantia e dados do fabricante**

1. Indicação de Uso

O Reanimador Pulmonar Manual Missouri em Silicone, também conhecido como AMBU (Artificial Manual Breathing Unit) ou Unidade Manual de Respiração Artificial, é utilizado para fornecer ventilação artificial com pressão positiva a pacientes com necessidade de suporte respiratório, sendo o principal dispositivo para esse procedimento durante a reanimação cardiopulmonar nas intubações endotraqueais. Essas situações requerem a utilização do equipamento: parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto, traumas em geral e tudo que pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. Sua utilização ocorre após as compressões torácicas, auxiliando na ventilação pulmonar e consequente reabilitação respiratória. É possível conectar o saco reservatório para oxigenar a mistura de ar, aumentando a concentração de oxigênio enviada ao paciente. O produto é muito utilizado em situações de resgate e primeiros socorros por ser um item indispensável; ele também é bastante empregado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e salas de emergência.

Usuário pretendido:

Produto destinado ao uso por profissional de saúde.

Ambiente de uso:

Ambiente hospitalar e pré-hospitalar.

2. Princípio de funcionamento

O ressuscitador pulmonar manual funciona ao fornecer ventilação mecânica de forma intermitente por meio da compressão manual de um balão que insufla ar ou oxigênio nos pulmões do paciente. O sistema de válvulas unidirecionais garante que o ar flua na direção correta e impede a reinalação de ar expirado, permitindo a ventilação adequada. Além disso, é possível utilizar o saco reservatório com a extensão para oxigênio, o que enriquece a mistura de oxigênio enviada ao paciente, melhorando a oxigenação. Esse dispositivo é fundamental para restaurar ou manter a oxigenação em pacientes que não conseguem respirar por conta própria ou apresentam insuficiência respiratória.

3. Instruções de Uso / Procedimentos operacionais

Pegue o Reanimador Manual, devidamente limpo e esterilizado;

- Posicione o paciente deitando de costas;
- Verifique se as vias aéreas do paciente estão desobstruídas. Se houver prótese (dentadura), retire-a;
- Posicione-se atrás da cabeça do paciente;
- Apoie firmemente a máscara na face do paciente, envolvendo a boca e o nariz;
- Para realizar cada inspiração, aperte e solte rapidamente o balão;
- Sempre aguarde o intervalo de tempo suficiente entre as inspirações para que o paciente possa expirar;
- Verifique se a ventilação está adequada, observando as seguintes condições:
 - Expansão pulmonar;
 - Cor da face e dos lábios do paciente, por meio da máscara transparente;
 - Funcionamento da válvula antireinalação;
 - Interior da máscara, “embaçamento” durante a expiração.
- Se disponível, conecte o saco reservatório e a extensão para oxigênio ao reanimador para enriquecer a mistura de oxigênio enviada ao paciente, aumentando a eficácia da ventilação.

4. Condições de Armazenamento e Conservação

O reanimador deve ser armazenado em temperaturas de -40°C a 60°C e em qualquer umidade relativa entre 40% e 95%.

5. Condições para o transporte

O equipamento deve ser transportado de forma que não seja submetido a golpes ou a fortes vibrações, e sob as condições abaixo:

- Temperatura: -40°C a 60°C
- Umidade: 40% a 95%

6. Condições de manipulação

O equipamento deve ser operado conforme instruções contidas no Manual de Instruções do equipamento, e sob as condições abaixo:

- Temperatura ambiente: -18°C a 50°C .
- Umidade: 15% a 95%

7. Composição

REF.320 - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE MIKATOS ADULTO

1 BALÃO AUTO INFLÁVEL ADULTO - SILICONE

1 TAMPA DA VÁLVULA TRASEIRA DO REANIMADOR - POLICARBONATO

1 CORPO DA VÁLVULA FRONTAL - POLICARBONATO

1 CORPO DA VÁLVULA TRASEIRA (ARRUELA) - POLICARBONATO

1 MEMBRANA DA VÁLVULA TRASEIRA - SILICONE

- 1 PINO DA VÁLVULA TRASEIRA - POLICARBONATO
- 1 PINO DE SEGURANÇA - POLICARBONATO
- 1 BUCHA DO PINO DE SEGURANÇA - SILICONE
- 1 MOLA PINO DE SEGURANÇA – AÇO INOX AISI 302
- 1 CORPO DO PINO DE SEGURANÇA - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DE ALÍVIO - SILICONE
- 1 TAMPA DA VÁLVULA FRONTAL (ARRUELA MAIOR) - POLICARBONATO
- 1 CONEXÃO DA VÁLVULA FRONTAL (TUBO DA VÁLVULA) - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DA VÁLVULA DIANTEIRA DE RESPIRO - SILICONE
- 1 COXIM ANATÔMICO ADULTO - SILICONE
- 1 BOJO ADULTO - POLICARBONATO
- 1 ETIQUETA 60cm H2O - PVC

REF.321 - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE MIKATOS INFANTIL

- 1 BALÃO AUTO INFLÁVEL INFANTIL - SILICONE
- 1 TAMPA DA VÁLVULA TRASEIRA DO REANIMADOR - POLICARBONATO
- 1 CORPO DA VÁLVULA FRONTAL - POLICARBONATO
- 1 CORPO DA VÁLVULA TRASEIRA (ARRUELA) - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DA VÁLVULA TRASEIRA - SILICONE
- 1 PINO DA VÁLVULA TRASEIRA - POLICARBONATO
- 1 PINO DE SEGURANÇA - POLICARBONATO
- 1 BUCHA DO PINO DE SEGURANÇA - SILICONE
- 1 MOLA PINO DE SEGURANÇA – AÇO INOX AISI 302
- 1 CORPO DO PINO DE SEGURANÇA - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DE ALÍVIO - SILICONE
- 1 TAMPA DA VÁLVULA FRONTAL (ARRUELA MAIOR) - POLICARBONATO
- 1 CONEXÃO DA VÁLVULA FRONTAL (TUBO DA VÁLVULA) - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DA VÁLVULA DIANTEIRA DE RESPIRO - SILICONE
- 1 MÁSCARA INFANTIL - SILICONE
- 1 ETIQUETA 40cm H2O - PVC

REF.322 - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE MIKATOS NEONATAL

- 1 BALÃO AUTO INFLÁVEL RECÉM-NATO - SILICONE
- 1 TAMPA DA VÁLVULA TRASEIRA DO REANIMADOR - POLICARBONATO
- 1 CORPO DA VÁLVULA FRONTAL - POLICARBONATO
- 1 CORPO DA VÁLVULA TRASEIRA (ARRUELA) - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DA VÁLVULA TRASEIRA - SILICONE
- 1 PINO DA VÁLVULA TRASEIRA - POLICARBONATO
- 1 PINO DE SEGURANÇA - POLICARBONATO
- 1 BUCHA DO PINO DE SEGURANÇA - SILICONE
- 1 MOLA PINO DE SEGURANÇA – AÇO INOX AISI 302
- 1 CORPO DO PINO DE SEGURANÇA - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DE ALÍVIO - SILICONE
- 1 TAMPA DA VÁLVULA FRONTAL (ARRUELA MAIOR) - POLICARBONATO
- 1 CONEXÃO DA VÁLVULA FRONTAL (TUBO DA VÁLVULA) - POLICARBONATO
- 1 MEMBRANA DA VÁLVULA DIANTEIRA DE RESPIRO - SILICONE

1 MÁSCARA NEONATAL - SILICONE

1 ETIQUETA 40cm H2O – PVC

- **ACESSÓRIOS:**

REF.303 - VÁLVULA RESERVATÓRIO P/ AMBU (POLICARBON)

1 CORPO VÁLVULA DE CONTROLE - POLICARBONATO

1 TAMPA INTERNA DA VÁLVULA DO RESERVATÓRIO - POLICARBONATO

1 TAMPA DA VÁLVULA DE CONTROLE - POLICARBONATO

2 PINOS DA VÁLVULA DE CONTROLE – POLICARBONATO

REF.304A - SACO P/ RESERVATÓRIO (PVC) DE OXIGÊNIO ADULTO

1 BOLSA RESERVATÓRIO – POLICLORETO DE VINILA (PVC)

1 BOCAL DO SACO RESERVATÓRIO – POLICARBONATO


REF.304RN-C - SACO P/ RESERVATÓRIO OXIGÊNIO RECÉM-NATO

1 BOLSA RESERVATÓRIO – POLICLORETO DE VINILA (PVC)

1 BOCAL DO SACO RESERVATÓRIO - POLICARBONATO

REF.320H - EXTENSÃO P/ CONECÇÃO FONTE O₂/VÁLVULA ENTRADA AMBU – POLICLORETO DE VINILA (PVC)

• Diagrama Ilustrativo:



ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1	BALÃO AUTOINFLÁVEL EM SILICONE
2	1	TAMPA DA VÁLVULA TRASEIRA
3	1	CORPO DA VÁLVULA FRONTAL
4	1	CORPO DA VÁLVULA TRASEIRA
5	1	MEMBRANA DA VÁLVULA TRASEIRA
6	1	PINO DA VÁLVULA TRASEIRA
7	1	PINO DE SEGURANÇA
8	1	BUCHA DO PINO DE SEGURANÇA
9	1	MOLA PINO DE SEGURANÇA
10	1	CORPO DO PINO DE SEGURANÇA
11	1	MEMBRANA DE ALÍVIO (BICO DE PATO)
12	1	TAMPA DA VÁLVULA FRONTAL
13	1	CONEXÃO DA VÁLVULA FRONTAL
14	1	ARRUELA DA CONEXÃO FRONTAL
15	1	COXIM ANATÔMICO
16	1	BOJO
17	1	ETIQUETA 60 cm H2O
18	1	VÁLVULA DO SACO RESERVATÓRIO
19	1	TAMPA INTERNA DA VÁLVULA DO RESERVATÓRIO
20	1	TAMPA DA VALVULA DO RESERVATÓRIO
21	2	MEMBRANA DA VÁLVULA RESERVATÓRIO (MEMBRANA GUARDA-CHUVA)
22	1	SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL)
23	1	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO (DESCARTÁVEL)

8. Especificações e Características Técnicas

Modelo	ADULTO	INFANTIL	NEONATAL
PACIENTE	Acima de 30kg	Entre 7 e 30kg	Abaixo de 7kg
Material	Silicone e Policarbonato	Silicone e Policarbonato	Silicone e Policarbonato
Autoclavável	Sim	Sim	Sim
Volume do Balão	1600ml	500ml	250ml
Válvula Pop-off	Sim	Sim	Sim
Pressão da Válvula	60cmH2O	40cmH2O	40cmH2O
Reservatório de O2	2750ml	1000ml	1000ml
Extensão para O2	Sim	Sim	Sim

- Entrada adicional de gás Reservatório de O2 Conexão para o paciente;
- Medidas dos Conectores cônicos da Válvula de entrada:
 - 15 mm (F)
 - 22 mm (M)

9. Orientações para cuidados e limpeza

⚠ ATENÇÃO: Produto não estéril. Deve ser submetido à limpeza, desinfecção e esterilização antes do primeiro uso.

INSTRUÇÕES GERAIS

A limpeza, desinfecção e esterilização do reanimador têm como finalidade reduzir riscos de contaminação, protegendo paciente, usuário e terceiros, além de contribuir para a conservação do produto. A vida útil está diretamente relacionada ao uso adequado e ao correto processamento do produto.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Para a realização da limpeza, o reanimador deve ser completamente desmontado. O procedimento deve ser realizado após cada uso ou sempre que houver troca de paciente, a fim de evitar contaminação cruzada.

As partes externas podem ser limpas com pano limpo, macio e levemente umedecido com solução adequada. Evitar o acúmulo de resíduos nas conexões e componentes do equipamento.

Após a limpeza, secar completamente com pano limpo, macio e seco.

ESTERILIZAÇÃO

- **AUTOCLAVE**

⚠ ATENÇÃO: Não coloque em autoclave a extensão plástica e o reservatório PVC, pois eles não suportam as temperaturas deste processo e serão danificados;

Procedimento:

- Desmonte e embale todas as peças e esterilize separadamente;

- As peças devem ser esterilizadas em autoclave a 134°C por 3 a 4 minutos;
- Não coloque as peças sem embalagem adequada dentro da câmara;
- Não encoste as peças na parede da câmara;
- Não coloque peças umas em cima das outras;

10. Advertências e Precauções

⚠ O Reanimador nunca deve ser utilizado em ambientes tóxicos ou áreas perigosas onde não existam filtros de purificação para gases.

⚠ Não remover a bolsa reservatório quando houver fornecimento de oxigênio, pois isso reduz a concentração de oxigênio ofertada ao paciente.

⚠ **NUNCA** remover a mola da válvula unidirecional tipo pop-off, pois poderá ocasionar aumento de intensidade da pressão.

⚠ **NUNCA** utilizar objetos cortantes para remover qualquer resíduo do balão auto inflável.

⚠ O Reanimador deve ser armazenado em local seco, fresco e ventilado; não deixe o produto exposto à luz do sol.

⚠ **NUNCA** utilize óleo, graxa ou qualquer substância com derivados de hidrocarbonetos em nenhuma parte do Reanimador.

⚠ A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem prejudicar o profissional e o paciente.

⚠ **ATENÇÃO:** Produto não estéril. Antes do primeiro uso, proceder à limpeza, desinfecção e esterilização conforme item 9 deste manual.

⚠ **ATENÇÃO:** Não coloque em autoclave a extensão plástica e o reservatório PVC, pois eles não suportam as temperaturas deste processo e serão danificados;

⚠ Riscos residuais:

O uso de um ressuscitador pulmonar manual, se não for feito corretamente, pode causar alguns efeitos adversos, como:

- Barotrauma (lesão pulmonar por excesso de pressão) devido à aplicação de pressão excessiva;
- Distensão gástrica (Gastric distention), se o ar for insuflado no estômago, podendo levar a vômitos e aspiração;
- Hiperventilação, podendo causar eliminação excessiva de CO₂ e levar à alcalose respiratória.

Esses efeitos adversos são prevenidos com o uso adequado do equipamento e com treinamento adequado dos operadores.

⚠ **Contraindicações:** Não aplicável.

11. Manutenção Preventiva

O diafragma da válvula antirreinalação deve ser substituído pelo menos uma vez a cada seis meses, e/ou sempre que necessário, pois desgasta naturalmente com a utilização.

Teste de Verificação Funcional

Procedimento:

O teste de verificação funcional do Reanimador Manual e as ações recomendadas para solucionar eventuais falhas encontradas no teste devem ser seguidos conforme indicado. O Reanimador Manual deve ser testado nas seguintes situações:

- Antes de sua primeira utilização;
- Após a limpeza ou esterilização;
- Após a montagem de qualquer peça;
- Mensalmente, se o Reanimador Manual não for utilizado com frequência.

A - Teste de Funcionamento (Estanqueidade e Válvula de Segurança)

Procedimento:

1. Feche a válvula de segurança (pop-off) e obstrua o bocal de saída de ar da válvula de antirreinalação.
2. Comprima o balão.
3. O balão deverá oferecer resistência à compressão.
4. Abra a válvula de segurança (pop-off).
5. Comprima o balão novamente e verifique se o ar é liberado pela válvula de segurança.
6. Solte o balão. O balão deverá se reexpandir imediatamente.

Verificação:

- O balão deve oferecer resistência à compressão devido ao ar interno;
- Caso o balão seja comprimido com facilidade, verificar a montagem e o aperto das válvulas, principalmente da válvula inferior;
- Verificar se o sistema está devidamente vedado;
- Caso não haja liberação de ar pela válvula de segurança (pop-off), verificar seu funcionamento.

B - Teste da Válvula de Antirreinalação (Fluxo unidirecional)

Procedimento:

1. Libere o bocal de saída da válvula de antirreinalação.
2. Comprima o balão e verifique se há saída de ar pelo bocal.
3. Solte o balão e verifique se não há retorno de ar pelo mesmo bocal.

Verificação:

- O fluxo de ar deve ocorrer em um único sentido;

- Não deve haver retorno de ar expirado;
- Caso haja retorno ou fluxo irregular, verificar montagem e integridade da válvula de antirreinalação.

13. Garantia e dados do fabricante

- **Garantia**

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA, assegura ao proprietário do produto, Garantia contra falha material e humana na produção pelo prazo constante no Manual de Instruções a contar da data da Nota Fiscal de compra do cliente/usuário.

O aparelho tem Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação e desgaste natural.

Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal do material.

A garantia será perdida nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

As substituições ou reparos feitos durante o período de Garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo está contada sempre a partir da data de compra.

- **Fabricante e detentor da notificação:**

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO – LTDA

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

ESTRADA KAIKO, 790 – GALPÃO 1 – CHÁCARAS LÍDIA - EMBU DAS ARTES/SP

CEP: 06843-455 - SAC - (11) 4781-8001 - E-MAIL: SAC@MIKATOS.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO – ENG^o CAIO ALMEIDA DE PÁDUA

CONFEA – CREA/SP – 5071125702

Notificação ANVISA N^o: 80218930007

VALIDADE DO PRODUTO: INDETERMINADA

VIDA ÚTIL: INDETERMINADA, DESDE QUE MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE USO, LIMPEZA, INSPEÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO.